

Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl



PZ/5574/2018

Knurów, dnia 05.11.2018 r.

**Do wszystkich wykonawców
którzy pobrali specyfikację istotnych warunków
zamówienia w przetargu nieograniczonym
pn. Dostawy sprzętu medycznego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawy sprzętu medycznego, DZ/9/2018

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu pn. Dostawy sprzętu medycznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Część 3 Pkt. 8 Czy zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z hamulcem na 2 kołach
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do znieczulenia z hamulcem na 2 kołach.
2. Część 3 Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez parownika do podaży Sewofluranu ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza aparat do znieczulenia bez parownika do podaży Sewofluranu.
3. Część 3 Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści indywidualne hamulce 4 kół?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza nie wymaga indywidualnych hamulców 4 kół
4. Część 3 Czy Zamawiający dopuści wbudowane, dwustopniowe oświetlenie blatu?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wbudowane, dwustopniowe oświetlenie blatu.
5. Część 3 Czy Zamawiający dopuści reduktory zintegrowane z aparatem?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04


Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl



6. Część 3 Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści szynę typu Selectatec? Wymóg szyny Drager ogranicza konkurencję do jednego wykonawcy
Odpowiedź
Zamawiający dopuści szynę typu Selectatec pod warunkiem kompatybilności z obecnie używanymi parownikami.
7. Część 3 Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
8. Część 3 Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 25%?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 25%.
9. Część 3 Pkt. 25,31 Czy Zamawiający dopuści mankiet bez specjalnych otworów? Wymóg ten ogranicza konkurencję do jednego wykonawcy
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza mankiet bez specjalnych otworów.
10. Część 3 Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
11. Część 3 Pkt. 45,46 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tych funkcji? Są one charakterystyczne dla jednego wykonawcy i ograniczają sztucznie uczciwą konkurencję
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza aparat bez tych funkcji.
12. Część 3 Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści regulację częstości oddechu o 4 do 100 odd/min?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza regulację częstości oddechu o 4 do 100 odd/min.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



szpital
promujący
zdrowie



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl



13. Część 3 Pkt. 51 Czy zamawiający dopuści Regulację ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 60 cmH2O?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

14. Część 3 Pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści Regulację czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,2 do 10 l/min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza regulację czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,2 do 10 l/min

15. Część 3 Pkt. 54 Zamawiający uzna dopuści aparat do znieczulania z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

16. Część 3 Pkt. 76 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał automatycznego skalkulowania parametrów wentylacji na podstawie wzrostu, wagi i płci pacjenta? Kalkulacja na podstawie jedynie samej wagi jest niewystarczająca

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza nie wymaga automatycznego skalkulowania parametrów wentylacji na podstawie wzrostu, wagi i płci pacjenta.

17. Część 3 Pkt. 78 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w test kontrolny sprawdzający poprawność działania urządzenia, włącznie z zastawką nadciśnieniową, pokrętkami przepływomierzy, parownikami, wymagający ingerencji użytkownika w trakcie trwania procedury?

Odpowiedź


Zgodnie z SIWZ.

18. Część 3 Pkt. 80 Czy Zamawiający dopuści moduł gazowy zasilany z aparatu do znieczulenia po zaniku napięcia sieciowego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza moduł gazowy zasilany z aparatu do znieczulenia po zaniku napięcia sieciowego.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl



19. Część 3 Pkt. 89 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z koniecznością odłączenia przewodu zasilającego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

20. Część 3 Pkt. 91 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez przynajmniej 3 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez przynajmniej 3 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania.

21. Część 3 Pkt. 93 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w pamięć 400 zdarzeń zawierających 6 konfigurowalnych pól, z których każde może zawierać wybraną krzywą dynamiczną lub trend wybranych 2 parametrów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza monitor pacjenta wyposażony w pamięć 400 zdarzeń zawierających 6 konfigurowalnych pól, z których każde może zawierać wybraną krzywą dynamiczną lub trend wybranych 2 parametrów.

22. Część 3 Pkt. 95 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu elektrod umieszczonych szeregowo na pojedynczym przewodzie? Jest to zapis charakterystyczny dla jednego producenta

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

23. Część 3 Pkt. 96 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrochirurgiczny nieuruchamiany na żądanie, wbudowany w przewód EKG?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza filtr elektrochirurgiczny nieuruchamiany na żądanie, wbudowany w przewód EKG.

24. Część 3 Pkt. 97 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydż. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



szpital
promujący
zdrowie



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl



25. Część 3 Pkt. 99 Czy Zamawiający dopuści technologię TruSignal?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

26. Część 3 Pkt. 103 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 10-45°C z dokładnością
od 10 do 24,9°C: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
od 25 do 45°C: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 10-45°C z dokładnością od 10 do 24,9°C: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, od 25 do 45°C: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.

27. Część 3 Pkt. 105 Czy Zamawiający dopuści pomiar w zakresie od 15mmHg do 260 mmHg?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pomiar w zakresie od 15mmHg do 260 mmHg.

28. Część 3 Pkt. 107 Czy Zamawiający dopuści mankiet na ramię dla pacjentów o obwodzie ramienia od 8 do 40cm oraz mankiet na przedramię dla pacjentów otyłych – do 36cm?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

29. Część 3 Pkt. 113, 114 Czy Zamawiający dopuści pomiar NMT realizowany przy pomocy mechanosensora piezoelektrycznego z możliwością pomiaru TOF, obliczanie T1/T4, TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów, Tetanus 50 Hz, Single Twitch?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pomiar NMT realizowany przy pomocy mechanosensora piezoelektrycznego z możliwością pomiaru TOF, obliczanie T1/T4, TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów, Tetanus 50 Hz, Single Twitch

30. **Dotyczy Umowy:** § 3 punkt 5 Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §3 punkt 5 Wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



szpital
promujący
zdrowie

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl



31. **Dotyczy Umowy:** § 6 W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W związku z tym prosimy o obniżenie oraz ograniczenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 Wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. **Dotyczy Umowy:** § 3 punkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu:

„5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterek (rozumie się jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym sprzęcie) w terminie: do 24 godz. (w godzinach od 08.00 do 16.00 z pominięciem świąt i dni wolnych od pracy) od momentu przyjęcia zgłoszenia i usunięcia usterek w terminie do 3 dni roboczych. a w przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa w tym czasie lub w siedzibie Zamawiającego dostarczyć urządzenie zastępcze. Zamawiający dopuszcza wysyłkę uszkodzonego sprzętu na koszt Wykonawcy (np. pocztą kurierską) na wskazany przez Wykonawcę adres serwisu. W przypadkach wydłużających się napraw - termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §3 punkt 5 Wzoru umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Otrzymują do wiadomości:


1. Adresat

2. Kopia: DZ

Ł. P. 32/ 331 93 80

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia
Łukasz Polatyński

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



szpital
promujący
zdrowie

