

Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl



PZ/5747/2018

Knurów, dnia 09.11.2018 r.

**Do wszystkich wykonawców
którzy pobrali specyfikację istotnych warunków
zamówienia w przetargu nieograniczonym
pn. Dostawy sprzętu medycznego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawy sprzętu medycznego, Ogłoszenie nr 645034-N-2018

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu pn. Dostawy sprzętu medycznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. GENERATOR, punkt 6. Zasilanie 1 faza 230 V / 50 Hz

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg europejskiego producenta, który jest zasilany 3-fazowo 3x400V zamiast 1-fazowo 230V.

Wnioskowana modyfikacja jest w interesie Zamawiającego, gdyż aparaty zasilane 1-fazowo 230V są znacznie droższe od zasilanych 3-fazowo 3x400V (przy tej samej mocy generatora). Różnica cen jest tym większa, im większe są wymagania odnośnie dostępnego zakresu mAs, co w niniejszym przypadku (500 mAs) oznacza bardzo dużą różnicę cenową.

Co do zasady aparaty z zasilaniem 1-fazowym 230V oferuje się jedynie w przypadku braku zasilania 3-fazowego 3x400V, co u Zamawiającego nie zachodzi, gdyż Zamawiający posiada zasilanie 3-fazowe 3x400V.

Pozostawienie wymagania zasilania 1-fazowego 230V oznaczałoby nieuzasadnione preferowanie rozwiązania niekorzystnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG, który jest zasilany 3-fazowo 3x400V.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl



2. STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH, punkt 30. Długość płyty pacjenta Min. 230 cm
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg europejskiego producenta, który ma standardowy blat o długości 220 cm, ale o większym zakresie ruchu wzdłużnego i poprzecznego niż wymagany w SIWZ.
Jest to zaledwie 10 cm mniej od obecnego wymagania, a pozwoli nam złożyć ofertę korzystniejszą cenowo, gdyż spełnienie warunku 230 cm jest możliwe, ale jest to dość droga opcja.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aparatu RTG z blatem o długości 220 cm

3. STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, Punkt 42. Odległość film-płyta pacjenta $\leq 4,0$ cm

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg europejskiego producenta, który ma statyw płucny z odległością film-płyta pacjenta równy 5,5 cm, ale za to o znacznie większym zakresie ruchu pionowego i zdecydowanie mniejszą minimalną odległością środka panelu od podłogi niż wymagane w SIWZ.

Różnica 1,5 cm nie gra w niniejszym przypadku absolutnie żadnej roli w kwestii jakości obrazowania i jego wartości diagnostycznej. Dążenie do minimalizacji powiększenia obrazu, realizowane poprzez zmniejszenie odległości film-płyta pacjenta, mogłoby mieć jakiegokolwiek znaczenie jedynie wtedy, gdyby Zamawiający wykonywał badania techniką analogową (klasyczne filmy, wywoływane w ciemni) i to z zamysłem dokonywania na analogowych filmach pomiarów liniowych, np. w celu planowania zabiegów ortopedycznych.

W przypadku Zamawiającego ten przypadek nie zachodzi, gdyż Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada ucyfrowienie CR.

Spełnienie warunku SIWZ jest oczywiście możliwe, ale jest to znacznie droższa opcja, co jest wyraźnie wbrew interesowi Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aparatu RTG, który ma statyw płucny z odległością film-płyta pacjenta równy 5,5 cm.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



szpital
promujący
zdrowie

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl



4. STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, Punkt 45. Ogniskowa kratki ≥ 150 cm

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg europejskiego producenta, który ma statyw płucny z ogniskową kratki w zakresie 100 do 180 cm, ale za to o znacznie większym zakresie ruchu pionowego i zdecydowanie mniejszą minimalną odległością środka panelu od podłogi niż wymagane w SIWZ.

Wymaganie, by kratka miała ogniskową nie mniejszą niż 150 cm stoi w sprzeczności z procedurami roboczymi, przewidzianymi dla niektórych badań wykonywanych przy statywie do zdjęć odległościowych (np. zdj. czaszki z odl. 100 cm). Procedury są zatwierdzane przez Sanepid przy udziale konsultanta wojewódzkiego do spraw radiologii. Zakupienie aparatu o parametrach podanych w SIWZ może spowodować, że Zamawiający pozbawi się możliwości legalnego wykonywania niektórych rodzajów badań rtg.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aparatu RTG, który ma statyw płucny z ogniskową kratki w zakresie 100 do 180 cm.

5. INNE, Punkt 46. Generator, stół rtg, statyw do zdjęć płuc, lampa rtg, kolumna lampy rtg wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. Załączyć materiały potwierdzające spełnienie wymogu.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg europejskiego producenta, którego generator, stół rtg, statyw do zdjęć płuc, i kolumna lampy rtg zostały wyprodukowane przez tego samego wytwórcę, ale z lampą pochodzącą od innego, wiodącego producenta lamp rtg.

Tylko kilku producentów na świecie spełnia warunek postawiony w punkcie 46. SIWZ. Natomiast bardzo wielu znanych producentów, oferujących wysokiej klasy aparaty rtg nie produkuje lamp, tylko kupuje je od wytwórców specjalizujących się w ich produkcji. Dzięki temu lampy w tych aparatach pracują wiele lat bez awarii. Często są one bardziej trwałe, niż u producentów lamp, którzy spełniają wymogi punktu 46. SIWZ. Dopuszczenie proponowanej modyfikacji pozwoli na zapewnienie uczciwej konkurencji oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny za oferowany aparat rtg, niż od producentów spełniających wymogi zawarte w punkcie 46. SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aparatu RTG, którego generator, stół rtg, statyw do zdjęć płuc, i kolumna lampy rtg zostały wyprodukowane przez tego samego wytwórcę, ale z lampą pochodzącą od innego producenta lamp rtg.

Szpital w Knurowie sp. z o.o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl



6. INNE, Punkt 47. Pełna gwarancja na ofertowany aparat rtg min. 12 m-cy
Czy Zamawiający wprowadzi ocenę punktową za długość gwarancji zamiast warunku
TAK/NIE?

Punktowanie długości gwarancji jest w oczywistym interesie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Otrzymują do wiadomości:

1. Adresat

2. Kopia: DZ

Ł. P. 32/ 331 93 80

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia
Lukasz Polatyński

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

